

N° de série : 12541648	N° Document : 28V12 / DDUTSCHER
Référence : Biohit 725 - 3 / Ref Dutscher: 070806	Mise en service : Date : 21/08/2012
Modèle : mLINE - var. 0.3-3 µl - type A -	Nombre de canaux : 1
Constructeur : BIOHIT	Heure : 15:39:24

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,3 µl

Moyenne : 0,271 µl Minimum : 0,259 µl Maximum : 0,285 µl
 Erreur systématique Ev : -0,029 µl E% -9,77 % Tolérance E : 0,125 µl CONFORME
 Erreur aléatoire Sv : 0,008 µl CV% 2,99 % Tolérance S : 0,075 µl CONFORME

10 mesures (en mg)

0,259 0,267 0,271 0,274 0,275 0,284 0,258 0,273 0,274 0,263

Volume : 1,5 µl

Moyenne : 1,496 µl Minimum : 1,485 µl Maximum : 1,506 µl
 Erreur systématique Ev : -0,004 µl E% -0,27 % Tolérance E : 0,125 µl CONFORME
 Erreur aléatoire Sv : 0,007 µl CV% 0,44 % Tolérance S : 0,075 µl CONFORME

10 mesures (en mg)

1,493 1,495 1,501 1,490 1,483 1,486 1,480 1,491 1,492 1,499

Volume : 3 µl

Moyenne : 3,013 µl Minimum : 2,999 µl Maximum : 3,031 µl
 Erreur systématique Ev : 0,013 µl E% 0,43 % Tolérance E : 0,125 µl CONFORME
 Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl CV% 0,31 % Tolérance S : 0,075 µl CONFORME

10 mesures (en mg)

3,004 2,996 2,997 2,989 3,008 3,021 2,993 3,005 3,009 3,007

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
 méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,8 °C Pression : 998,2 hPa Hygrométrie : 64,2 %
 Pointe : ClearLine 028200CL Evaporation : 0 mg Facteur : 1,0033 µl/mg
 ClearLine 035200CL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr