

N° de série : 21081792	N° Document : 51V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 10 / Ref Dutscher: 061105	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 11:23:37

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume :** 1 µl

Moyenne : 1,003 µl Minimum : 0,979 µl Maximum : 1,023 µl

Erreur systématique	Ev :	0,003 µl	E%	0,32 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,014 µl	CV%	1,42 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

1,009 0,988 0,984 0,997 0,995 1,005 1,015 1,009 0,976 1,020

**Volume :** 5 µl

Moyenne : 5,027 µl Minimum : 5,010 µl Maximum : 5,048 µl

Erreur systématique	Ev :	0,027 µl	E%	0,54 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,013 µl	CV%	0,25 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

4,993 4,997 4,995 5,017 5,031 5,011 5,022 5,010 5,019 5,006

**Volume :** 10 µl

Moyenne : 10,022 µl Minimum : 10,006 µl Maximum : 10,033 µl

Erreur systématique	Ev :	0,022 µl	E%	0,22 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,008 µl	CV%	0,08 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

9,972 9,982 9,999 9,989 9,981 9,990 9,998 9,985 9,989 9,994

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion** CONFORME

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,7 °C

Pression : 1001,7 hPa

Hygrométrie : 71 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.ans-metrologie.fr / E-mail : contact@ans-metrologie.fr