

## **CONSTAT DE VERIFICATION**

Pro-Line Soft 3

42V14 Page

N° de série: 13611195 N° Document:

42V14 / DD062014

Référence :

Biohit 725 - 10

Mise en service :

Date: 05/06/2014

Modèle:

mLINE - var. 0.5-10 µl - type A

Nombre de canaux: 1

Heure: 10:05:35

Constructeur: BIOHIT

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

**BRUMATH** 

Volume:

1 µl

Moyenne:

Erreur systématique

0,924 µl Minimum: 0,900 µl E%

Maximum: -7.56 %

0,946 μΙ Tolérance E:

 $0.12 \mu l$ 

CONFORME

Erreur aléatoire

Ev: Sv:  $-0.076 \mu$ l  $0,017 \mu l$ 

CV% 1,80 % Tolérance S:

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

0.907 0.897 0,925 0,935 0.929 0,901 0.943 0.941 0.911 0.929

Volume:

5 µl

Moyenne:

4,904 µl Erreur systématique

Ev:

Minimum: -0,096 µl

 $4,867 \mu l$ Maximum: -1.91 % E%

 $4,937 \mu l$ Tolérance E:

 $0,12 \mu l$ 

CONFORME

Erreur aléatoire

Sv:

 $0,023 \mu l$ 

CV%

0.47 %

Tolérance S :

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

4.853 4.855 4.903 4.898 4.897 4.897 4.900 4.872 4.910 4.923

Volume:

10 µl

Moyenne: 9,925 µl Erreur systématique

Minimum: -0,075 µl Ev:

 $9,899 \mu l$ E%

Maximum: -0.75 %

 $9,939 \mu l$ Tolérance E:

 $0,12 \mu l$ 

CONFORME

Erreur aléatoire

Sv:

0,011 µl

CV%

0,12 %

Tolérance S:

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

9,893 9,893 9,892 9,898 9,910 9,911 9,903 9,897 9,903

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion

CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur: MIRONSKA Ewa

Signature: (Wugusto

Identification balance: Sartorius MSA6.6S n°28908862

masses: MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)

Liquide utilisé: Eau distillée

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013

Références:

méthode gravimétrique : procédure PLM050

référentiel : ISO 8655

61,7 %

Pointe:

Température: 20,4 °C

Pression:

**Evaporation:** 

998,3 hPa

0 mg

Hygrométrie:

Facteur:

1,0028 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400

CLEARLINE 713110

ILLKIRCH Tél: 0388654280 Fax: 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B Site Internet: www.aps-metrologie.fr / E-mail: contact@aps-metrologie.fr