

N° de série : LH29085	N° Document : 21V14 / DD062014
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 1000	Mise en service : Date : 04/06/2014
Modèle : Finnpiquette - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 14:39:35
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 100 µl

Moyenne : 96,77 µl	Minimum : 96,31 µl	Maximum : 97,17 µl		
Erreur systématique Ev : -3,23 µl	E% -3,23 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,24 µl	CV% 0,25 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

96,45 96,25 96,65 96,63 96,65 96,87 96,49 96,39 96,01 96,34

Volume : 500 µl

Moyenne : 494,63 µl	Minimum : 493,39 µl	Maximum : 495,11 µl		
Erreur systématique Ev : -5,37 µl	E% -1,07 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,52 µl	CV% 0,10 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

493,50 493,27 493,10 493,20 493,23 493,58 493,38 493,29 491,87 492,55

Volume : 1000 µl

Moyenne : 993,23 µl	Minimum : 992,50 µl	Maximum : 995,28 µl		
Erreur systématique Ev : -6,77 µl	E% -0,68 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,75 µl	CV% 0,08 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

990,12 992,20 990,04 989,75 989,43 989,97 989,99 989,89 990,23 990,01

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius GPC225-CW n°28909067

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 21,7 °C

Pression : 991 hPa

Hygrométrie : 61,3 %

Pointe : CLEARLINE 713112

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0031 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285